

Industrielle prosesser: Vedlegg til søknad om dispensasjon fra krav om inneslutningsnivå og -tiltak ved arbeid med biologiske faktorer

Tiltakene gjelder for industrielle prosesser, se arbeidsplassforskriften § 8-5

Navn på virksomheten	Dato
Navn på kontaktperson:	
Navn på den biologiske faktoren og smitterisikogruppe:	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her hvilke krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjelder <i>Gi en kort merknad og opplys om eventuelle kompenserende tiltak (gi en utfyllende beskrivelse i selve søknaden dere skriver).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
1.	Levedyktige mikroorganismer skal innesluttet i et system som fysisk avstenger arbeidsoperasjonen fra det omgivende miljø	Ja	Ja	
2.	Lukkede produksjonssystemer skal plasseres i et innesluttet område (rom, bygninger)	Anbefalt	Ja	
3.	Skilt for biologisk fare skal settes opp	Ja	Ja	
4.	Det skal være forrom	Nei	Ja, eventuelt luftsluse	
5.	Det skal være observasjonsvindu eller tilsvarende anordning som gjør det mulig å se dem som oppholder seg innenfor	Anbefalt	Ja	
6.	Det skal være kommunikasjonsmulighet fra området	Ja	Ja, anbefalt håndfri telefon/calling-opplegg	
7.	Det innesluttede området skal ha tilstrekkelig ventilasjon til å redusere luftforurensningen til et minimum	Anbefalt	Anbefalt	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her hvilke krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjelder <i>Gi en kort merknad og opplys om eventuelle kompenserende tiltak (gi en utfyllende beskrivelse i selve søknaden dere skriver).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
8.	Det innesluttete området skal ha et trykk som er lavere enn atmosfærisk trykk	Nei	Anbefalt, med lufttrykkkontroll	
9.	Det innesluttete områdets innluft og utluft skal filtreres ved hjelp av et absolutt filter	Nei	Ja, utluft	
10.	Det innesluttete området må ha nødstrøm	Nei	Anbefalt	
11.	Gasser som avgis fra det lukkede systemet, skal behandles på en slik måte at	spredning reduseres til et minimum	spredning ikke finner sted	
12.	Prøvetaking, tilføring av stoffer til et lukket system og overføring av levedyktige mikroorganismer til et annet lukket system skal utføres på en slik måte at	spredning reduseres til et minimum	spredning ikke finner sted	
13.	Flytende medier skal ikke fjernes fra det lukkede systemet med mindre de levedyktige mikroorganismene er	gjort uvirksomme ved hjelp av anerkjente metoder	gjort uvirksomme ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metoder	
14.	Avstengingsmekanismer skal utformes på en slik måte at	spredning reduseres til et minimum	spredning ikke finner sted	
15.	Det innesluttete området skal være utformet på en slik måte at det ved overløp fra det avstengte systemet kan holde på hele innholdet derfra	Nei	Ja	
16.	Overflater skal være vanntette og lette å rengjøre	Ja, på arbeidsbenker og lignende	Ja, på arbeidsbenker og lignende og gulv	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her hvilke krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjelder <i>Gi en kort merknad og opplys om eventuelle kompenserende tiltak (gi en utfyllende beskrivelse i selve søknaden dere skriver).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
17.	Overflater skal tåle syrer, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler	Ja, på arbeidsbenker	Ja, på arbeidsbenker og gulv	
18.	I det innesluttede området skal det være mulig lokalt å desinfisere forurenset utstyr (tilsvarende effekt av autoklav)	Nei	Ja	
19.	Det innesluttede området skal ha avstengningsmekanismer som muliggjør utgassing	Nei	Ja	
20.	Desinfeksjonsprosedyrer skal spesifiseres	Ja	Ja	
21.	Behandling av spillvann skal finne sted før endelig uttømming	gjort uvirksomt ved hjelp av anerkjente metoder	gjort uvirksomt ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metoder	
22.	Bare utpekt personale skal ha adgang	Anbefalt	Ja	
23.	Personale skal bære vernetøy	Ja, arbeidstøy	Ja, vernetøy	
24.	Personalet skal ha adgang til dekontamineringsanlegg og sanitæranlegg	Ja	Ja	
25.	Personalet skal dusje før det forlater sonen	Nei	Anbefalt	
26.	Spillvann fra vasker og dusjer skal samles opp og inaktiveres før det slippes ut	Nei	Anbefalt	

Tabellen er fra arbeidsplassforskriften § 8-5. Inneslutningstiltak i industriell virksomhet.